



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Kőzvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-133-2014

DANA: 21.05.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-18-2014 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 21.05.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-130-2014 od zainteresovanog lica koje glasi:

- 1)Koja kombinovana pH elektroda Vam je potrebna od HANNA proizvođača?
- 2)Koji merni opseg, rezoluciju, tačnost treba da zadovolji digitalni termometar? U kojoj sredini će se meriti temperatura?
- 3)Da li biste mogli da date neke karakteristike laboratorijskog digitalnog sata?
- 4)Da li propipeta, koja radi na akumulator, može da bude bilo kog proizvođača?

Naručilac je dana 21.05.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

Pitanje br.1.

Radi se o dopunjivoj, kombinovanoj pH elektrodi sa BNC priključkom, za opštu laboratorijsku namenu, kao i za testiranje piva, telo elektrode od stakla, okruglo (9,5 mm), max.pritisak 0,1 bar, sa koaksijalnim kablom od 1m.

Pitanje br.2.

Opseg treba da obuhvata -30 – 50° C, rezolucija 0,1° C

Pitanje br.3.

Radi se o digitalnom laboratorijskom satu, odnosno tajmeru.

Pitanje br.4.

Može da bude bilo kojeg proizvođača, s tim da je ponuđač u obavezi da obezbedi servis u garantnom i u vangarantnom roku.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

član komisije

Simon Žolt, dipl. ekon

