



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-143-2014

DANA: 27.05.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-18-2014 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 26.05.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-141-2014 od zainteresovanog lica koje glasi:

Za koja merenja temperature (vazduh, tečnost ili drugo) je potreban digitalni termometar? Da li sonda za merenje treba da bude fiksirana ili pokretna sa kablom. Da li sonda ima još neke dodatne karakteristike?

Naručilac je dana 27.05.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

Partija 7 ima naziv, mobilni merni instrumenti, to je razlog da nismo posebno naznačili da nam ne treba laboratorijski, fiksiran termometar sa kablom.

Očekujemo ponude za prenosne termometre, tzv. čekere. Senzor treba da je izrađen od nerđajućeg čelika. Da radi na bateriju 1,5 V.

Dužina tela senzora zajedno sa digitalnim displejom treba da bude dužine oko 20 cm.

Potrebe merenja su pre svega za vodu i vazduh-ambijentalna temperatura.

Radna temperatura treba da obuhvati od -30 do 50 oC.

Osetljivost od 0,1 oC i tačnost od +/- 1%.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
član komisije

Šimon Žolt, dipl. ekon

