



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-150-2014

DANA:09.06.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-18-2014 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 06.06.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-148-2014 od zainteresovanog lica koje glasi:

Prema katalogu proizvođača Velp Test tube COD Ø42x200mm 200ml
(with cone NS 29/32)


Vaš zahtev iz tenderske dokumentacije je Kiveta za termoblok Kjeldahl VELP ,fi 40 mm x 300 mm sa slifom x 20 komada (pozicija 10)

Kako je razlika u dužini kivete kao i u zapremini , da li ste mislili na kivete iz kataloga koje smo vam naveli u uvodnom delu teksta ili nam ukažite na kataloški broj sa karakteristikama koje ste vi naveli.

Naručilac je dana 09.06.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

Molim da se ponude kivete Kjeldahl VELP, prečnika fi 40 mm x dužine 300 mm sa šlifom 40 x 38 mm, za analizu hemijske potrošnje kiseonika HPK (COD), 20 komada.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica
član komisije


Šimon Žolt, dipl. ekon

