



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-152-2014

DANA: 10.06.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-18-2014 **Materijal za potrebe laboratorije**

Naručilac je dana 10.06.2014. godine primio pitanje zavedeno pod brojem 46/9-151-2014 od zainteresovanog lica koje glasi:

molim Vas da nam precizno navedete kataloški broj i tip aparata za hemijsku potrošnju kiseonika (Velp-COD) kao i kataloški broj kivete za apar at Velp sa šlifom pod rednim brojem 10 iz partije br 6

Naručilac je dana 10.06.2014. godine poslao **odgovor** zainteresovanom licu koje glasi:

Posedujemo aparature termoblok, koju koristimo za određivanje HPK, hemijske potrošnje kiseonika, kao i za određivanje Kjeldahl azota.

Za određivanje HPK trebaju kivete sa šlifom. Dok za određivanje Kjeldahl azota kiveta bez šlifa.

Aparat termoreaktor za digestiju sa 20 radna mesta
VELP Scientifica, Italija
DK 20 HEATING DIGESTER
godina nabavke 2008.
proizvodna oznaka 100803

Aparat termoreaktor za digestiju sa 20 radna mesta
TECATOR, Švedska
1015 DIGESTER Digestion system

Kod oba termobloka koriste se kivete dimenzije prečnika fi 40 mm, dužine 300 mm.
Ne možemo prihvatiti ponudu za kivete prečnika od fi 42 mm jer neće stati u radno mesto na termobloku.

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

član komisije

Simon Zolt, dipl. ekon

