



JKP «Водовод и канализација» Суботица
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica
Vízmuvek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



BROJ: 46/9-155-2014
DANA: 12.06.2014. godine

Predmet: Informacija

U skadu sa članom 63. stav 3. naručilac JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica objavljuje informaciju o podnetom pitanju u otvorenom postupku broj 46/1-18-2014 **Materijal za potrebe laboratorije.**

Naručilac je dana 12.06.2014. godine primio pitanja zavedena pod brojem 46/9-154-2014 od zainteresovanog lica koja glase:

Molimo Vas za dodatna pojašnjenja za partiju br. 7 za sledeće stavke:

1. Stavka br.2 – Accu-jet tj. Powepette radi na baterije, da li ste to podrazumevali pod akumulatorom?
2. Stavka br.3 – Molimo da precizirate opseg merenja kao i namenu radi adekvatne ponude
3. Stavka br.5 – Molimo da navedete od kog je proizvođača i koji model ph-metra za koji tražite navedenu elektrodu

Naručilac je dana 12.06.2014. godine poslao **odgovore** zainteresovanom licu koji glase:

1. Stavka br. 2 – Da, Accu-jet tj. Powepette radi na baterije, Accu Jet snabdeven je sa punjivom baterijom.
2. Stavka br. 3 - Namena termometra je merenje temperature vode i vazduha. Za naše potrebe, termometar treba da obuhvati temperaturu od -30 do 50 oC, odnosno opseg merenja ponudnog termometra može biti od -50 do 300 oC.
3. Stavka br. 5 - Posedujemo pH-metre od proizvođača HANNA instruments, model HI pH 211, za koje tražimo elektrode

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

za član komisije

Trungel M. Edić, dipl. inž. hem.

