



JKP «Водовод и канализација» Суботица  
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka  
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/14-10-2020

Dana: 16.07.2020. godine

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ broj 124/2012; 14/2015 68/2015) naručilac objavljuje

Predmet: **Odgovor na Zahtev za pojašnjenje u vezi sa konkursnom dokumentacijom - Laboratorijski aparati** - partija 1: univerzalna sušnica; partija 2: vlagomer, partija 3: BOD sistem za anaerobno merenje; partija 4: analizator biogasa, redni broj JN 45/14-2020

Zainteresovano lice je dana 14.07.2020. godine naručiocu uputilo zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije:

U tenderskoj dokumentaciji u delu :

Partija 1

Tražena je sušnica sa ventilatorom, traženog opsega temperature

Predviđen opseg temperature je od 5C iznad ambijentalne do 300C, ali je kod sušnica sa ugrađenim ventilatorom od 10C iznad ambijentalne do 300C

Da li je prihvatljivo ponuditi sušnicu sa opsegom 10C iznad ambijentalne do 300C

**Komisija naručioca objavljuje odgovor:**

Komisija Naručioca će izmeniti konkursnu dokumentaciju i istu objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici.

Član komisije:

Radulović N. Renata, spec. biolog.