



JKP «Водовод и канализација» Суботица
Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka
JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a • PIB: 100838486
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



Broj: 45/14-12-2020

Dana: 16.07.2020

Na osnovu člana 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS“ br. 124/12, 14/15, 68/15),
Naručilac vrši sledeću:

Izmenu i dopunu Konkursne dokumentacije broj 45/14-2020 za javnu nabavku dobara: Laboratorijski aparati - partija 1: univerzalna sušnica; partija 2: vlagomer, partija 3: BOD sistem za anaerobno merenje; partija 4: analizator biogasa

- 1.** Menja se konkursna dokumentacija na strani 4/103, u delu **Opšti podaci**, gde **umesto:**
- **PODACI O MESTU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA**
Način i mesto podnošenja ponuda:
Ponudači podnose ponude u *zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom ili lično*, na adresu
Naručioca:
JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku br. **45/14-2020, Laboratorijski aparati** _____ (navesti partiju) - **NE OTVARATI!**“. Na poleđini koverte obavezno naznačiti naziv i sedište Ponuđača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je **20.07.2020.** godine do **09,00 časova.**

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:

Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponuđača koja nije prispela Naručiocu do **20.07.2020.** godine u **09,00 časova.** Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponuđačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- **OBAVEŠTENJE O MESTU, DANU I SATU OTVARANJA PONUDA, KAO I VREMENU I NAČINU PODNOŠENJA OVLAŠĆENJA**

Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će **otvoriti javno** dana **20.07.2020.** godine u **10,00 časova.** u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

treba da stoji

- **PODACI O MESTU, NAČINU I ROKOVIMA ZA PODNOŠENJE PONUDA**

Način i mesto podnošenja ponuda:

Ponudači podnose ponude u *zatvorenoj kovrti, preporučenom pošiljkom ili lično*, na adresu Naručioca:

JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a, sa naznakom „Ponuda za javnu nabavku br. **45/14-2020, Laboratorijski aparati** _____ (navesti partiju) - **NE OTVARATI!**“. Na poleđini kovrte obavezno naznačiti naziv i sedište Ponudača, kao i ime i prezime i telefon osobe za kontakt.

Poslednji dan roka, odnosno datum i sat za podnošenje ponuda:

Rok za podnošenje ponuda je **21.07.2020.** godine do **09,30 časova.**

Posledice propuštanja roka određenog za podnošenje ponuda:

Neblagovremenom će se smatrati ponuda Ponudača koja nije prispela Naručiocu do **21.07.2020.** godine u **09,30 časova.** Sve neblagovremeno podnete ponude, po okončanju postupka otvaranja ponuda, Komisija za javne nabavke Naručioca će vratiti neotvorene Ponudačima, sa naznakom da su podnete neblagovremeno.

- **OBAVEŠTENJE O MESTU, DANU I SATU OTVARANJA PONUDA, KAO I VREMENU I NAČINU PODNOŠENJA OVLAŠĆENJA**

Mesto, dan i sat otvaranja ponuda:

Blagovremene ponude Komisija za sprovođenje javne nabavke će *otvoriti javno* **dana 21.07.2020. godine u 11,30 časova**, u kancelariji Službe javnih nabavki na drugom spratu u sedištu JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a.

2. Menja se konkursna dokumentacija na strani 33/103, u delu **Obrazac 8 - Tehnička specifikacija**, gde **umesto**:

- **Temperatura:**

Podešavanje temperatura u °C: 5 min. iznad ambijentalne do +300°C
Rezolucija displeja za podešene vrednosti 0,1°C DO 99,9°C, 0,5°C do 100°C i za prave vrednosti 0,1° LED

treba da stoji:

- **Temperatura:**

Podešavanje temperatura u °C: **5 - 10** min. iznad ambijentalne do +300°C
Rezolucija displeja za podešene vrednosti 0,1°C DO 99,9°C, 0,5°C do 100°C i za prave vrednosti 0,1° LED

3. Menja se konkursna dokumentacija na strani 33/103, u delu **Obrazac 8 - Tehnička specifikacija**, gde **umesto**:

- **Kontrolni parametri:**

Funkcija Setpoint WAIT: vreme trajanja samog procesa neće otpočeti sve dok se ne postigne podešena temperatura

Podešavanje jezika: Nemački/Engleski/Španski/Francuski

Kalibracija: mogućnost slobodnog odabira tri različitih temperatura

Podesivi parametri: temperatura (°C/°F), položaj vazdušnog poklopca, vreme trajanja programa, vrem.zone, letnje/zimsko vreme)

Prirodna konvekcija vazduha

Dodatak svežem vazduhu: podešavanje prethodno zagrejanog vazduha primesama vazdušnog poklopca u koracima od 10%

treba da stoji:

- **Kontrolni parametri:**

Funkcija Setpoint WAIT: vreme trajanja samog procesa neće otpočeti sve dok se ne postigne podešena temperatura

Podešavanje jezika: Nemački/Engleski/Španski/Francuski

Kalibracija: mogućnost slobodnog odabira tri različitih temperatura

Podesivi parametri: temperatura (°C/°F), položaj vazdušnog poklopca, vreme trajanja programa, vrem.zone, letnje/zimsko vreme)

Prinudna konvekcija vazduha

Dodatak svežem vazduhu: podešavanje prethodno zagrejanog vazduha primesama vazdušnog poklopca u koracima od 10%

PONUĐAČ JE U OBAVEZI DA IZMENJENI OBRAZAC broj 8. Tehnička specifikacija, potpiše i dostavi uz svoju ponudu.

Sve ostale odredbe iz Konkursne dokumentacije ostaju nepromenjene.

Član komisije:

Radulović N. Renata, spec. biolog.

Radulović N.